

## 2026 年云南电网有限责任公司人才发展中心

### 个人剂量检测技术要求

根据云南省环境保护厅文件【云环通（2016）6 号】《云南省环境保护厅关于进一步规范核技术利用单位放射性同位素与射线装置安全和防护状况年度评估报告的通知》和昆明市环境保护局转发的云南省环境保护厅文件的要求，《核技术利用单位放射性同位素与射线装置安全和防护状况年度评估报告》中的附件必须由环保部门认可的辐射工作人员个人剂量检测报告；具体要求如下：

#### 技术服务要求：

- 1、检测方须具备有效的检验检测机构资质认定证书。
- 2、检测所使用的监测仪器，须满足监测所需的准确度要求，并经检定合格。
- 3、检测方法须符合《职业性外照射个人剂量监测规范》（GBZ128-2019）等标准要求。
- 4、检测项目、结果报告应满足政府环保部门的相关要求。

**检时间：**每季度提供一份个人剂量报告，报告中个人剂量被测人次至少为 2 人次。

**检测地点：**黑龙潭实训点工匠楼 1 楼；

#### 其他要求：

- 1、检测过程要保证准时、保证质量；
- 2、按甲方要求时间提供检测报告；