



云南电网有限责任公司

2025 年计量中心三相电能表检定装置修理
服务项目技术规范书

CHINA
SOUTHERN POWER
GRID

云南电网有限责任公司

2025 年 11 月

一、技术服务范围

（一）服务范围

对云南电网有限责任公司计量中心的 0.02 级三相标准电能表检定装置进行修理。

（二）服务地点

云南电网有限责任公司计量中心，地址：云南省昆明市官渡区金马路与凉亭中路交叉口东北侧。

（二）服务有效期

2025 年 12 月 30 日前。

二、技术服务内容

计量中心标准电能表实验室的 0.02 级三相标准电能表检定装置（型号：KE8300）的电压、电流升源故障，对功率电源进行修理，包括损坏零部件的更换/修理、台体电压、电流升源控制功能调试。

三、技术实施要求及目标

1. 服务提供方需派遣人员至服务地点现场开展修理，更换损坏的零部件；

2. 修理后需对 0.02 级三相标准电能表检定装置功能调试至其能正常工作，各项功能、参数需满足相关国家/行业标准、技术规范等要求。

3. 修理服务应在服务有效期内完成。