

零星采购技术要求

采购单位	海南电网有限责任公司			采购承办部门（中心）	电能计量中心		
采购项目名称	海南电网有限责任公司 2026 年电能计量中心三相电能表检定装置修理零星采购项目			采购概算金额（万元）	4.86		
项目类别	☐ 工程 ☐ 货物 ☒ 服务			资金来源	海南电网计财（2026）6 号文		
采购品类及数量	序号	名称	品牌及规格型号、技术参数等	数量	单位	单价（元）	总价（元）
	1	三相电能表检定装置维修服务	产 品 型 号： YC-1893D 电压测试范围：3× （57.7~380）V， 电流测试范围：3×（0.01~ 100）A	1	台	48600	48600

一、履约条件：

1. 装置维修合同签订后，供应商需在 48 小时内到达现场开展维修工作，并于 1 个月内完成装置维修，维修的零配件质保 1 年，支持 7*24 小时技术服务电话畅通。
2. 投标人需提供加盖公章的营业执照扫描件、2023 年至今具有同类项目相关业绩证明（材料为合同扫描件）。

二、其他相关要求：

1. 报价金额应包括完成本项目的所有费用（含税），即完成交付本项成果的所有费用。
2. 投标人在付款前需开具等额增值税专用发票，开具的发票应符合国家税务部门规定且已经办理完税。
3. 维修后达到原先的检测精准度，未达到视为未完成维修。
4. 报价低于控制价 80%的，投标人须提供书面成本分析说明，未提供书面说明或

书面说明不合理的，视为无效报价。截止报价后采购人发现投标人的报价明显低于其他投标报价或低于成本价的，可要求投标人提供书面说明和相关证明材料，投标人不能提供或提供的材料不能合理说明报价的，视为无效报价。

海南电网有限责任公司电能计量中心

2026 年 6 月 26 日